

LANGUAGE:	PL
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F14
VERSION:	R2.0.9.S03
SENDER:	ENOTICES
CUSTOMER:	ECAS_njkowsjo
NO_DOC_EXT:	2019-082125
SOFTWARE VERSION:	9.11.2
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E-mail:	joanna.jankowska@claiio.poznan.pl
NOTIFICATION TECHNICAL:	/
NOTIFICATION PUBLICATION:	/

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) **Nazwa i adresy**

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu

2754200058

ul. Forteczna 12

Poznań

61362

Polska

Osoba do kontaktów: Elzbieta Jasielun

Tel.: +48 612797800

E-mail: elzbieta.jasielun@claiopoznan.pl

Faks: +48 612797897

Kod NUTS: PL418

Adresy internetowe:

Główny adres: <http://www.claiopoznan.pl>

Sekcja II: Przedmiot

II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**

II.1.1) **Nazwa:**

Dostawa, montaż i uruchomienie komory klimatycznej z systemem gaszenia

Numer referencyjny: 4/PN/2019

II.1.2) **Główny kod CPV**

38540000

II.1.3) **Rodzaj zamówienia**

Dostawy

II.1.4) **Krótki opis:**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa komory klimatycznej z systemem gaszenia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

11/06/2019

VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:

Login TED eSender: ENOTICES

Logowanie jako klient TED eSender: njkowsjo

Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-067010

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 092-221848

Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 13/05/2019

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: II.2.4

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:

Zamiast:

Przedmiotem zamówienia jest komora klimatyczna z systemem gaszenia, zwana dalej Stanowiskiem.

Skład Stanowska: komora klimatyczna z systemem gaszenia wraz z panelem sterującym umieszczonym na komorze w dostępnym miejscu, komputer wraz z oprogramowaniem pozwalającym na sterowanie, tworzenie programów i rejestrację parametrów.

Stanowisko powinno zawierać:

— Komorę klimatyczną z systemem gaszenia pozwalającą wykonywać testy temperaturowe oraz klimatyczne w zakresie temperatur -50°C ÷ 180°C ze zmianą temperatury min. $4^{\circ}\text{C}/\text{min}$. Zakres wilgotności względnej: od 10 % do 98 %. Wymiary wewnętrzne nie mniejsze niż 2 500 x 3 000 x 1 500 (szer. x dług. x wys.) mm.

— Komputer z oprogramowaniem

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 1 do SIWZ

Powinno być:

Przedmiotem zamówienia jest komora klimatyczna z systemem gaszenia, zwana dalej Stanowiskiem.

Skład Stanowska: komora klimatyczna z systemem gaszenia wraz z panelem sterującym umieszczonym na komorze w dostępnym miejscu, komputer wraz z oprogramowaniem pozwalającym na sterowanie, tworzenie programów i rejestrację parametrów.

Stanowisko powinno zawierać:

- Komorę klimatyczną z systemem gaszenia pozwalającą wykonywać testy temperaturowe oraz klimatyczne w zakresie temperatur -50°C ÷ 130°C ze zmianą temperatury min. $4^{\circ}\text{C}/\text{min}$. Zakres wilgotności względnej: od 10% do 98%. Wymiary wewnętrzne nie mniejsze niż 2500 x 3000 x 1500 (szer. x dług. x wys.) mm.

- Komputer z oprogramowaniem

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 1 do SIWZ

Numer sekcji: IV.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Zamiast:

Data: 18/06/2019

Czas lokalny: 13:30

Powinno być:

Data: 27/06/2019

Czas lokalny: 14:30

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:

Data: 18/06/2019

Czas lokalny: 14:30

Powinno być:

Data: 27/06/2019

Czas lokalny: 15:30

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**